SUPERVISOR TEST

GLENS FALLS CITY
POLICE DEPT
DATAMASTER dmt: 117106

Date: 11/24/2025

OPERATOR NAME:
REESE P WHEATON
Permit #: 53611
Operator Agency/Dept: GLENS FALLS CITY PD
Reference Standard #: 25250

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	03:18
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	03:18
REFERENCE STANDARD TEMP	34.03c	
REFERENCE STANDARD	0.09	03:18
BLANK TEST	0.00	03:19
REFERENCE STANDARD TEMP	34.03c	
REFERENCE STANDARD	0.09	03:20
BLANK TEST	0.00	03:21
REFERENCE STANDARD TEMP	34.03c	
REFERENCE STANDARD	0.09	03:21
BLANK TEST	0.00	03:22