SUPERVISOR TEST

---
WARREN CO.
SHERIFF'S OFFICE
DATAMASTER dmt: 105208
---
Date: 01/13/2015

OPERATOR NAME:
RALPH J BARTLETT
Permit #: 26222
Operator Agency/Dept: WARREN CO. SO
Reference Standard #: 14230

Nominal = 0.10 g/210L

| | | |
|---|---|---|
| BLANK TEST | 0.00 | 01:33 |
| INTERNAL STANDARD | VERIFIED | 01:33 |
| REFERENCE STANDARD TEMP | 33.99c | |
| REFERENCE STANDARD | 0.09 | 01:34 |
| BLANK TEST | 0.00 | 01:35 |
| REFERENCE STANDARD TEMP | 33.97c | |
| REFERENCE STANDARD | 0.09 | 01:35 |
| BLANK TEST | 0.00 | 01:36 |
| REFERENCE STANDARD TEMP | 33.97c | |
| REFERENCE STANDARD | 0.09 | 01:36 |
| BLANK TEST | 0.00 | 01:37 |

SGT Bart Bartlett WCSO #167
01-13-15