```
SUPERVISOR TEST

-------------------------
WARREN CO.
SHERIFF'S OFFICE
DATAMASTER dmt: 105208
-------------------------
Date: 07/13/2015

OPERATOR NAME:
RALPH J BARTLETT
Permit #: 26222
Operator Agency/Dept: WARREN CO. SO
Reference Standard #: 15070


Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST                      0.00  18:34
INTERNAL STANDARD           VERIFIED  18:34
REFERENCE STANDARD TEMP       34.00c
REFERENCE STANDARD              0.09  18:34
BLANK TEST                      0.00  18:35
REFERENCE STANDARD TEMP       34.01c
REFERENCE STANDARD              0.09  18:36
BLANK TEST                      0.00  18:37
REFERENCE STANDARD TEMP       34.00c
REFERENCE STANDARD              0.09  18:37
BLANK TEST                      0.00  18:38
```

SGT WCSO# 162
07-13-15